

## TISKOVÁ ZPRÁVA

Hradec Králové, 26. 10. 2017

Tuto tiskovou zprávu vydává společnost FOMA MEDICAL spol. s r.o. v návaznosti na množící se spekulace v médiích, týkající se nežádoucí příhody, při níž v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem došlo k nekontrolovanému pohybu teleskopické části rentgenu, který zapříčinil úmrtí pacientky dne 12. 10. 2017.

FOMA MEDICAL bezprostředně po nežádoucí události nabídla nemocnici spolupráci a tentýž den se na pracoviště dostavil technik společnosti FOMA MEDICAL. Následujícího dne, v pátek 13. 10. 2017, se na místo nehody dostavili zástupci vedení společnosti FOMA MEDICAL a zástupci vedení i techniků výrobce VISARIS d.o.o.. K dotčenému zařízení nebyl nikdo z přítomných vpuštěn. Místo nehody bylo do doby vydání této tiskové zprávy zapečetěné z důvodu probíhajícího vyšetřování. Z toho důvodu nám není známá příčina nežádoucí události, zda byla zaviněna vadou přístroje či nikoliv.

Rentgen je certifikován, prošel pravidelnou bezpečnostní kontrolou za přítomnosti techniků výrobce v červnu tohoto roku, další kontrola byla plánována na prosinec. Společnost FOMA MEDICAL vylučuje, že by nežádoucí příhoda byla způsobena chybou servisu. Po nehodě byl zastaven provoz druhého rentgenu z rozhodnutí nemocnice.

Společnost FOMA MEDICAL touto cestou žádá veřejnost o strpení, dokud nebude dokončeno vyšetřování ze strany příslušných institucí. Ani my a ani výrobce společnost VISARIS d.o.o. se nezříkáme zodpovědnosti, pokud se prokáže, že je oprávněná. Jen chceme, aby vyšetřování určilo skutečnou příčinu nežádoucí příhody.

Vedení společnosti FOMA MEDICAL spol. s r.o.